



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna
państwowa służba
hydrogeologiczna



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



EZ-240-41/2014/482/14/KF

Warszawa, dnia 08.07.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż dygestoriów oraz sprzętu i wyposażenia laboratorium chemicznej preparacji skamieniałości w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach – EZ-240-41/2014”

I. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedzi na pytania nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie nr 1. (...) proszę o informację, czy w miejscu przeznaczonym na zainstalowanie przepływowego ogrzewacza wody przewidziano zasilanie elektryczne siecią trójfazową z uwagi na fakt, że moc takiego podgrzewacza to ca 20-24kW.

Odpowiedź nr 1. W miejscu gdzie ma być zainstalowany przepływowy ogrzewacz wody nie ma instancji trójfazowej. Znajduje się w pobliżu i Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić doprowadzenie zasilania. Jednocześnie informujemy, że nasze oczekiwania odnoszą się do ilości ciepłej wody, natomiast nie określamy sposobu zasilania.

Pytanie nr 2. (...) bardzo proszę o informację dotyczącą Ilości kwasu HF i kwasu HCL, ponieważ z zapisów w SIWZ nie wynika ile którego kwasu należy dostarczyć czyli przypisać do konkretnego kanistra 30 i 60 litrowego.

Odpowiedź nr 2. Zamawiający informuje, że kwas HF i kwas HCL należy dostarczyć w kanistrach o pojemności 60 l i zamontować pod dygestorium zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II. ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

1) W Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt I.1.a.:

BYŁO:

- a. Dygestorium szczelinowe o szerokości 1800-2000 mm $\pm$ 5% (minimalna szerokość przestrzeni roboczej to 1700 mm a głębokość 700 mm) przystosowane do pracy w środowiskach mocnych kwasów (HF, HCl) wykonane z polipropylenu. Dygestorium wyposażone w oświetlenie, instalację elektryczną (dwa hermetyczne gniazda), instalację wodną (dwa krany zimnej wody), odpływową kwasoodporną - 50mm (polipropylen) z dwoma zlewikami o wymiarze min. 300x150 mm), przyłącza gazowe (możliwość pracy dwóch palników laboratoryjnych). Dygestorium musi być wyposażone Dodatkowo w dwa zawory (pistoletowe) przez które za pomocą elektrycznych kwasoodpornych pompek typu beczkowego, bezpośrednio z umieszczonych pod płytą dygestorium kanistrów z kwasami (30 i 60 l – możliwość wymiennego stosowania obu pojemności), dostarczane będą pod dygestorium kwasy: HF (70%) i HCl (35%) – każdy kwas oddzielną pompką. Cała chemoodporna armatura (zawory, węże doprowadzające, pompy) jak i dwa kanistry ze steżonymi kwasami (HF 70%, HCl 35-38%) wchodzi w skład realizowanego zamówienia. Błat dygestorium usytuowany na takiej wysokości aby możliwa była bezpieczna wymiana kanistrów z kwasami i montaż w nich pomp. Szafka pod dygestorium wentylowana przystosowana do przechowywania ww. kanistrów oraz krótkotrwałego przechowywania innych odczynników. Okno z szybą z poliwęglanu, z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna.

JEST:

- a. Dygestorium szczelinowe o szerokości 1800-2000 mm $\pm$ 5% (minimalna szerokość przestrzeni roboczej to 1700 mm a głębokość 700 mm) przystosowane do pracy w środowiskach mocnych kwasów (HF, HCl) wykonane z polipropylenu. Dygestorium wyposażone w oświetlenie, instalację elektryczną (dwa hermetyczne gniazda), instalację wodną (dwa krany zimnej wody), odpływową kwasoodporną - 50mm (polipropylen) z dwoma zlewikami o wymiarze min. 300x150 mm), przyłącza gazowe (możliwość pracy dwóch palników laboratoryjnych). Dygestorium musi być wyposażone Dodatkowo w dwa zawory (pistoletowe) przez które za pomocą elektrycznych kwasoodpornych pompek typu beczkowego, bezpośrednio z umieszczonych pod płytą dygestorium kanistrów z kwasami (30 i 60 l – możliwość wymiennego stosowania obu pojemności), dostarczane będą pod dygestorium kwasy **(w kanistrach o pojemności 60 l):** HF (70%) i HCl (35%) – każdy kwas oddzielną pompką. Cała chemoodporna armatura (zawory, węże doprowadzające, pompy) jak i dwa kanistry ze steżonymi kwasami (HF 70%, HCl 35-38%) wchodzi w skład realizowanego zamówienia. Błat dygestorium usytuowany na takiej wysokości aby możliwa była bezpieczna wymiana kanistrów z kwasami i montaż w nich pomp. Szafka pod dygestorium wentylowana przystosowana do przechowywania ww. kanistrów oraz krótkotrwałego przechowywania innych odczynników. Okno z szybą z poliwęglanu, z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna.

2) Punkt 19.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

19.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa ..**14**....07.2014 r. o godz. 12.00.

3) Punkt 22.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

22.2. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

oraz powinna być opisana następująco:

Oferta na: „Dostawę i montaż dygestoriów oraz sprzętu i wyposażenia laboratorium chemicznej preparacji skamieniałości w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach” (Sygn. Postępowania: EZ-240-41/2014).

Nie otwierać przed godz. 12.15, **14**..**07**...2014 r. roku.

4) Punkt 23.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

23.2. Termin składania ofert upływa 14.07 2014 r. o godz. 12:00.

5) Punkt 24.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

24.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07 2014 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego w bud A, pok. nr 231.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

KIEROWNIK
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego

mgr Roman Smółka