



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

Warszawa, dnia 24.02.2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szerokopasmowego sejsmometru.

Zamawiający informuje, że otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ i działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej „Ustawa”), udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 1

Sposób mocowania sejsmometru ?

1. do powierzchni ściany w osi X ?
2. do powierzchni ściany w osi Y ?
3. w otworze lub studzience ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Sejsmometr będzie stał swobodnie na wypoziomowanej płycie na szczycie postumentu pomiarowego. Postument będzie w bunkrze pomiarowym ochraniającym od wpływów zewnętrznych.

**Dział Zamówień Publicznych
KIEROWNIK**

mgr inż. Katarzyna Borzechowska