



NZ-240-34/2018/ 330/18/PP

Warszawa, dnia 28.05.2018 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zakup i dostawa odczynników chemicznych dla Laboratorium Chemicznego Zespołu Laboratoriów PIG – PIB.

Sygn. postępowania: NZ-240-34/2018

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Część nr 4:

Pozycja nr 3: Wzorzec węglowodorów aromatycznych - jeden ze składników roztworu, 1,3,5-trichlorobenzen, znajduje się na liście uzbrojenia i jego sprzedaż wymaga specjalnych zezwoleń, w związku z czym nie możemy go Państwu zaoferować. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę roztworu bez tego jednego składnika? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca lotnych węglowodorów aromatycznych bez 1,3,5-trichlorobenzenu.

Pytanie 2:

Część nr 4:

Pozycja nr 4: Wzorzec lotnych węglowodorów chloroorganicznych – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie roztworu z dodatkowymi składnikami: chlorometanem; 1,2-dibromoetanem;

dichlodifluorometanem; trichlorofluorometanem każdy o stężeniu 200 ug/ml? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca lotnych węglowodorów chloroorganicznych z dodatkowymi składnikami: chlorometanem, 1,2-dibromoetanem, dichlodifluorometanem, trichlorofluorometanem każdy o stężeniu 200 ug/ml.

Pytanie 3:

Część nr 4:

Pozycja nr 7: wzorzec n-heksadekanu - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca o nr. kat. U-RNA-007 w opakowaniu 1g i czystości 99% (certyfikat do wglądu w załączniku)? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części nr 4?

Product Number: RNA-007
Lot Number: NT057220
Product Name: n-Hexadecane (n-Cetane) Neat

Lot Issue Date: 25-May 2020
Expiration Date: 31-May 2020

Description:

This Reference Material (RM) was prepared in accordance with ISO Guide 34 and under ULTRA Scientific's ISO 9001 registered quality system. The true value (% purity) is reported below.

Analyte
n-hexadecane

CAS#
000544-76-3

True Value
99 ± 0.5 % (w/w)

Storage: Store at Room Temp (15° to 30°C)

Traceability:

Balances used are calibrated with weights traceable to NIST in compliance with ANSI/NCSL Z-540-1, ISO 9001, ISO 17025, and ISO Guide 34, and the mass on the serialized label is reported with a manufacturer's tolerance of ± 0.3 mg.

Homogeneity:

This RM was unitized according to an in-house procedure and is guaranteed to be homogeneous. There is no minimum sub-sample size required.

Intended Use:

This RM is intended for the preparation of working reference samples for use in routine laboratory analyses, calibration of instruments, validation of analytical methods, assessments of measurement methods and continuing calibration verification.

Instructions for Use:

Sample aliquots for analysis should be withdrawn at 20°C to 25°C immediately after opening and should be processed without delay for the true value to be valid within the stated uncertainties.

Hazards:

Refer to the Safety Data Sheet for information regarding this RM.

Expiration of Certification:

The certification of this RM is valid until the expiration date specified above, provided the RM is handled and stored in accordance with the instructions given in this certificate. This certification is nullified if the RM is damaged, contaminated, or otherwise modified.

Maintenance of Certification:

The real-time, long term stability of the RM may be monitored over the lifetime of the certification. If substantive changes are noted that affect the certification before the expiration of this certificate, ULTRA Scientific will notify the purchaser.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca n-heksadekanu zgodnie z parametrami wskazanymi powyżej, w opakowaniu 1 g i czystości 99%. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za ww. wzorzec w przeliczeniu na ml, jak również Zamawiający podkreśla, że zamówienie na wzorzec będzie składane na szacowaną ilość 2 ml, a więc w przypadku Wykonawcy, który zaoferuje opakowania 1 g,

będzie zobowiązany do przeliczenia wagi opakowania na jednostki miary (ml) wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie 4:

Część nr 4:

Pozycja nr 9: Wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tego wzorca w szklanej buteleczce zakręcannej zamiast w szklanej fiolce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wzorca zarówno w szklanej fiolce jak i szklanej butelce.

Pytanie 5:

Część nr 4:

Pozycja nr 11: Wzorzec WWA - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie roztworu WWA z dodatkowym składnikiem naftalenem o stężeniu 1 mg/ml? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wzorca WWA z dodatkowym składnikiem naftalenem o stężeniu 1 mg/ml.

Pytanie 6:

Część nr 4:

Pozycja nr 15: wzorzec n-tetradekanu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca o czystości 99,48%, zamiast wymaganej 99,8%? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca n-tetradekanu o czystości 99,48%.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, z zakresie części 4 – wzorce związków organicznych, poz. nr 15 otrzymuje brzmienie:

15	wzorzec n-tetradekanu	ml	2	wzorzec n-tetradekanu: zawartość min. 99,48%; opakowanie - szklana fiołka poj.1 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
----	-----------------------	----	---	---

Pytanie 7:

Część nr 4:

Pozycja nr 17: Wzorzec pestycydów triazynowych - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę takiej mieszaniny w Acetonie zamiast w Izooktanie? Według naszego dostawcy, ze względu na stabilność, przygotowanie takiej mieszaniny w izooktanie jest niewykonalne. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca pestycydów triazynowych w mieszaninie w Acetonie lub w Izooktanie.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert
W związku z powyższym:

Pkt 14.17. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być zaadresowana na:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz opisana następująco:

„Oferta na zakup i dostawę odczynników chemicznych dla Laboratorium Chemicznego
Zespołu Laboratoriów PIG – PIB”
(Sygn. Postępowania: NZ-240-34/2018)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 06.06.2018r. roku.

Pkt 15.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa 06.06.2018 r. o godz. 10:00

Pkt 15.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.06.2018 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231.

W konsekwencji ww. modyfikacji, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik