



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-240-11/2019/...../19/AN

Warszawa, 15.02.2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego

sygn. postępowania: NZP-240-11/2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1.

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający poza zaworem odpowietrzającym wymaga zaworu zwrotnego umożliwiającego zawracanie odczynnika do butelki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby poza zaworem odpowietrzającym dozowniki butelkowe posiadały zawór zwrotny umożliwiający zawracanie odczynnika do butelki.

Pytanie 2.

dotyczy części nr 2

Poz. 3 – jakie najwyższe stężenia kwasów będą dozowane? W zależności od stężeń jakie będą dozowane dobrane muszą być inne rodzaje dozowników.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że najwyższe stężenie kwasów będzie wynosiło: HCL ok. 38%, HNO₃ ok. 65%, HClO₄ ok. 72%

Pytanie 3.

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dla poz. 2 i 3 Zamawiający zaakceptuje standardową długość rurki 125-240mm jak występuje również w pozycji 1?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurek 125-240 mm do pozycji 2 i 3.

Pytanie 4.

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w osobną część pozycji 2, 3, 4 co umożliwi złożenie większej ilości ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji z części nr 2.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega Załącznik nr 1 w zakresie części 2, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik

Część nr 2
Opis przedmiotu zamówienia

(Dozowniki butelkowe oraz teleskopowej rurki do zasysania do dozowników butelkowych)

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zamówienia szczegółowe) fabrycznie nowych dozowników butelkowych oraz teleskopowych rurek do zasysania do dozowników butelkowych. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, do wartości nie przekraczającej wartości określonej w umowie, w terminach wskazanych przez Zamawiającego w umowie. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia w odpowiednich częściach zamówienia, zostały podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakimi co najmniej winny odpowiadać zamawiane produkty. Takie parametry, gwarantowane przez określonych producentów pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych badań. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Szacunkowe ilości i rodzaje dozowników butelkowych i teleskopowych rurek zasysających do dozowników butelkowych objętych zamówieniem:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość	Opis parametrów
1	2	3	4	5
1	Dozownik butelkowy do HF, objętość 2-10 ml	szt.	2	Dozownik butelkowy z regulowaną objętością 2-10 ml , do dozowania kwasu fluorowodorowego, z zaworem odpowietrzającym, z gwintem 45 mm, z teleskopową rurką zasysającą długości ok. 125-240 mm

2	Dozownik butelkowy, objętość 1-5 ml	szt.	2	Dozownik butelkowy z regulowaną objętością 1-5 ml, cyfrowa regulacja i odczyt objętości, do dozowania stężonych kwasów nieorganicznych (HCl - stężenie ok 38%, HNO₃ – stężenie ok 65 %, HClO₄ – stężenie ok 74 %), z zaworem odpowietrzającym, z gwintem 45 mm, z teleskopową rurką zasysającą długości ok. 170-330 mm Zamawiający dopuszcza, aby poza zaworem odpowietrzającym dozowniki butelkowe posiadały zawór zwrotny umożliwiający zawracanie odczynnika do butelki.
3	Dozownik butelkowy, objętość 2-10 ml	szt.	3	Dozownik butelkowy z regulowaną objętością 2-10 ml, cyfrowa regulacja i odczyt objętości, do dozowania stężonych kwasów nieorganicznych (HCl - stężenie ok 38%, HNO₃ – stężenie ok 65 %, HClO₄ – stężenie ok 74 %), z zaworem odpowietrzającym, z gwintem 45 mm, z teleskopową rurką zasysającą długości ok. 170-330 mm Zamawiający dopuszcza, aby poza zaworem odpowietrzającym dozowniki butelkowe posiadały zawór zwrotny umożliwiający zawracanie odczynnika do butelki.
4	Dozownik butelkowy, objętość 10-50 ml	szt.	2	Dozownik butelkowy z regulowaną objętością 10-50 ml, do dozowania rozpuszczalników organicznych, z zaworem odpowietrzającym, z gwintem 45 mm, z teleskopową rurką zasysającą długości ok. 170-330 mm Zamawiający dopuszcza, aby poza zaworem odpowietrzającym dozowniki butelkowe posiadały zawór zwrotny umożliwiający zawracanie odczynnika do butelki.
5	Teleskopowa rurka zasysająca do dozowników butelkowych	szt.	4	Teleskopowa rurka zasysająca do dozowników butelkowych, długości ok. 170-330 mm, wykonana z tworzywa FEP, do dozowników z serii Dispensette Organic poj. 1-10 ml oraz z serii Dispensette III poj. 0,5-5 ml