

EZP-240-83/2020/1215/20/VS

Warszawa, 27.11.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa artykułów laboratoryjnych z podziałem na 10 części** - sygn. postępowania: **EZP-240-83/2020**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm), zwana dalej „Ustawą” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 Ustawy i będzie stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie:

Pytania z naszej strony do postępowania EZP-240-83/2020.

9. Wytrząsarka Poz. 2 Prośba o doprecyzowanie rozmiaru filtrów strzykawkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dla części nr 9 „Wytrząsarka” w pozycji nr 2 „Filtr strzykawkowy” wymiary zostały określone w opisie parametrów, tj. Filtr Nylon, 0,22 µm, Ø 13 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

