



NZ-240-29/2017/242/17/RG

Warszawa, dnia 05.09.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chromatografu gazowego z detektorem emisji atomowej wraz ze sterującym zestawem komputerowym i wyposażeniem.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby det. MS (w przypadku rozbudowy) był sterowany z innego oprogramowania niż detektor AED?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W pkt 6 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przewidział możliwość rozbudowy chromatografu o dodatkowy detektor, jednak z uwagi na to że są to dwa różne działające elementy urządzenia, dopuszcza możliwość aby były sterowane za pomocą innego oprogramowania.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik